

# 单一来源论证专家签到表

项目名称：武汉市荣军优抚医院 16 排 CT 球管采购项目



论证时间：2025 年 08 月 27 日

论证地点：武汉创世纪招标有限公司（武昌区体育馆路 2 号新凯大厦 902 室）

| 序号 | 姓名  | 性别 | 工作单位       | 职务 / 职称 | 联系电话        |
|----|-----|----|------------|---------|-------------|
| 1  | 张   | 女  | 华创世纪招标有限公司 | 项目经理    | 18672331887 |
| 2  | 魏红艳 | 女  | 武汉华中南医院    | 主任      | 18627084670 |
| 3  | 李真峰 | 女  | 华创世纪招标有限公司 | 主任      | 15327176808 |

# 专家意见书

日期：2025年08月27日

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名：<br>  |               |
|          | 职称：<br>副主任医师  |               |
|          | 工作单位：<br>华中科技大学同济医院   |               |
| 项目信息     | 项目名称：武汉市荣军优抚医院 16排 CT 球管采购项目  |               |
|          | 供应商名称：湖北纵博康德医疗科技有限公司  |               |
| 专业人员论证意见 | <p>该院飞利浦16排CT球管属于16排CT的重要组成部分，属于专用配件。原CT球管已超过平均使用寿命，需要更换。原球管与设备其他部分相互匹配，能够保证图像质量和性能输出。其运行过程中稳定性高，减少故障的概率。经专家论证依据《政府采购单一来源采购方式管理办法》建议采用单一来源方式进行采购。</p> |               |
| 专业人员签字   |    | 日期：2025年8月27日 |

# 专家意见书

日期：2025年08月27日

|          |   |                    |
|----------|---|--------------------|
| 专业人员信息   | 姓名：魏红艳  |                    |
|          | 职称：中级   |                    |
|          | 工作单位：武大中南医院   |                    |
| 项目信息     | 项目名称：武汉市荣军优抚医院 16 排 CT 球管采购项目   |                    |
|          | 供应商名称：湖北纵博康德医疗科技有限公司  |                    |
| 专业人员论证意见 | <p>该设备为飞利浦 16 排 CT 球管专用配件，能保证球管和主机的最佳兼容性 and 性能输出，减少故障率的发生。</p> <p>建议本项目采用单一来源采购方式进行采购。</p> |                    |
| 专业人员签字   | 魏红艳   | 日期：2025 年 8 月 27 日 |


# 专家意见书

日期：2025年08月27日

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 专业人员信息   | 姓名：李朝晖  |               |
|          | 职称：中工   |               |
|          | 工作单位：青山区医院  |               |
| 项目信息     | 项目名称：武汉市荣军优抚医院 16 排 CT 球管采购项目   |               |
|          | 供应商名称：湖北纵博康德医疗科技有限公司  |               |
| 专业人员论证意见 | <p>该设备系 16 排 CT 专用配件，原厂球管与设备其他部分相互匹配，才能更好地保证成像质量和射线输出，其运行过程更稳定，可减少故障发生的概率。</p> <p>建议本次项目采用单一来源采购方式进行采购。</p> |               |
| 专业人员签字   | 李朝晖   | 日期：2025年8月27日 |

# 单一来源专家论证记录表

论证时间：2025年08月27日

|       |  |
|-------|--|
| 采购人   | 武汉市荣军优抚医院  |
| 论证地址  | 武汉创世纪招标有限公司（武昌区体育馆路2号新凯大厦902室）   |
| 论证内容  | <p>1. 武汉创世纪招标有限公司于 <u>2025年08月27日10时00分</u> 在武汉创世纪招标有限公司（武昌区体育馆路2号新凯大厦902室）组织了 <u>武汉市荣军优抚医院16排CT球管采购项目</u> 的单一来源专家论证会。专家组对相关资料进行了审核。</p> <p>2. 武汉市荣军优抚医院飞利浦16排CT球管已超过平均使用寿命需进行更换，因该产品属于16排CT的重要组成部分，也是该设备功能实现的核心部件，属于专机专用配件。原厂球管与设备的其他部分相互匹配，能够保证最佳的兼容性和性能输出，其运行过程中稳定性更高，减少故障发生的概率。经专家组论证，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定：“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的，可以依法采用单一来源采购方式。” 本项目拟采用单一来源采购方式进行采购。</p> <p>3. 鉴于以上原因，专家组依据《政府采购单一来源采购方式管理办法》，建议采用单一来源方式进行采购。</p> |
| 专家组签名 |    |