

单一来源论证专家签到表

项目名称：后装治疗机铱-192 放射源采购

论证时间：2026年2月11日

序号	姓名	工作单位（全称）	职务/职称	身份证号	联系方式
1	符文涛	武汉市红十字会医院	技师	420102196312260615	17764048447
2	郭丹	中部战区总医院	副主任医师	420106195902029019	13100680157
3	熊静	武汉协和医院	中级	420982199010021423	15827152586

注：专家组由3人（含）以上单数组组成。

2026年2月11日

单一来源论证专家承诺书

本人作为评委，在参加单一来源论证工作中，将遵循《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(评审专家管理办法)，认真执行采购制度、严格履行评委职责，本着公正、公平及诚实、信用的原则，在单一来源论证过程中不受任何干扰，独立提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任；同时本人将严格遵守保密纪律，不私自透露评审情况；负责参与对供应商的答疑或项目的复评、复审等工作。本人承诺不参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动，如受到类似项目的邀请将主动提出回避。

有下列利害关系之一的，应当主动提出回避：

- 1、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- 2、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- 3、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 4、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 5、与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

论证小组专家签名：

符天泽 郭丹 熊静

2026年2月11日

湖北省妇幼保健院后装治疗机铱-192 放射源采购 单一来源专家论证结果

湖北省妇幼保健院拟对“后装治疗机铱-192 放射源采购”项目采用单一来源的采购方式进行采购，湖北省妇幼保健院于2026年2月11日组织专家对该项目进行了论证，专家论证结果如下：

本项目采购内容是医科达公司 Flexitron HDR 后装治疗机使用的铱-192 放射源。三维后装近距离治疗，是妇科、乳腺、食管及皮肤等多部位肿瘤综合治疗不可或缺的重要手段，现役后装治疗机所配套的铱-192 放射源已达到正常使用寿命，活度衰减已无法满足临床治疗计划对剂量率与治疗效率的要求，为确保后装放射治疗设备的持续安全运行及患者诊疗服务的及时性，采购配套的专机专用铱-192 放射源。

医科达公司 Flexitron HDR 后装治疗机，该后装治疗机所使用的铱 Ir-192 放射源为专机专用产品，市场上无替代产品。产品在荷兰生产，该放射源生产厂商目前在国内仅授权国药医科达（北京）医疗科技有限公司广州分公司作为经销商，且放射源供应需具备相关销售与使用资质。

本项目符合《政府采购法》第三十一条款“符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本法采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的。”的规定，论证专家一致建议本项目进行单一来源采购。

论证小组专家签名：

符文涛 邵丹 熊静

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 熊静	
	职称: 中级	
	工作单位: 华中科技大学同济医学院附属协和医院	
项目信息	项目名称: 后装治疗机钽-192放射源采购	
	供应商名称: 国科医科达(北京)医疗科技有限公司广州分公司	
专业人员论证意见	<p>该单位的设备是使用的医科达公司 Flextron HDR后装治疗机。该后装机所使用的钽-192放射源为专机专用产品，市场上无可替代产品。产品在荷兰生产，该放射源生产厂商目前国内仅授权国科医科达(北京)医疗科技有限公司广州分公司作为经销商，且放射源供应需具备相关销售与使用资质。本项目符合《政府采购法》第三十一条“符合下列情形之一的货物或者服务可以依照本法采用单一来源方式采购：(一)只能从唯一供应商处采购的”的规定。经专家组一致建议本项目进行单一来源采购。</p>	
专业人员签字	熊静	日期: 2026年2月11日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 郭杰	
	职称: 主任技师	
	工作单位: 中部战区总医院	
项目信息	项目名称: 后装治疗机统一采购(原中标)	
	供应商名称: 国药控股迈迪尔医疗科技股份有限公司广州分公司	
专业人员论证意见	<p style="text-align: center;">该单位的供应商为迈迪尔公司 Flexitron HDR 后装治疗机, 该机所 使用的铱Ir-192放射源为密封源(机 源) 市场上无替代产品, 产品在国 产放射源生产厂商中在国内仅授权 国药控股迈迪尔(北京)医疗科技有限公 司广州分公司经销, 且放射源供应商具备相关 销售与使用资质。而本项目符合《中华 人民共和国政府采购法》第三十一条, 只 能以唯一供应商处采购。因此, 建议 采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	郭杰	日期: 2026年 2月11日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 符文泽	
	职称: 技师	
	工作单位: 武汉市红十字会医院	
项目信息	项目名称: 后装治疗机源-12放射源采购	
	供应商名称: 国药医科达(北京)医疗科技有限公司广州分公司	
专业人员论证意见	<p>本项目采购内容是妇科、乳腺、食管及皮肤等多部位肿瘤综合治疗不可缺少的重要检查手段诊疗设备。现役后装治疗机所配套放射源已达到正常使用寿命,为确保治疗设备的有效持续安全使用而需及时采购。</p> <p>该产品为国内唯一授权,国药医科达(北京)医疗科技有限公司广州分公司销售,且为专机专用,无替代产品。</p> <p>根据《政府采购法》第三十一条“符合下列情形之一的货物或服务可以依照本法采用单一来源方式采购:(一)只能从唯一供应商处采购的”的规定。同意本项目采购单一来源采购的方式。</p>	
专业人员签字	符文泽	日期: 2024年 2月 11日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。